



التاريخ:

الرقم:

تنويه بخصوص مناقصة رقم MOH-GSD/MOF/2020/161

"شراء وتوريد وتركيب أجهزة مناظير لمجمع فلسطين الطبي"

بناء على بعض الاستفسارات الواردة الينا من الشركات الراغبة بالتقدم للمناقصة المذكورة بخصوص مواصفات الاجهزة المطلوبة، يرجى العلم بما يلي

1. تقرر تأجيل فتح المناقصة حتى يوم الثلاثاء الموافق 2021/01/12 الساعة الحادية عشر صباحاً مع ضرورة تمديد كفالة دخول المناقصة حتى تاريخ 2021/7/10 .

2. البند رقم 1 (Arthroscope Complete)

● بخصوص النقطة رقم (3) في المواصفات: لا مانع من تقديم الاجهزة light Source, Camera Processor, Image Management system بشكل منفصل في عرض السعر ولكن بنفس المواصفات والملحقات المذكورة في مواصفات العطاء.

● بخصوص النقطة رقم (6) في المواصفات الخاصة بجهاز Shaver System : نرجو الالتزام بالمواصفات المطلوبة وتوفير Wrist Shaver Handpiece & Knee Shaver Handpiece .

● بخصوص النقطة رقم (8-A) الخاصة بقطع Scopes: بعد استشارة الطبيب المختص في المجمع الطبي ، لا مانع لدينا من عرض قياسات أخرى بحيث لا تتجاوز (2.4mm ±0.2mm & 100mm ±20mm) مع الالتزام بقيم الزوايا المطلوبة في المواصفات وهي (30° & 70°).

3. البند رقم 3 (Laparoscope Unit Complete):

● بخصوص النقطة رقم (3) في المواصفات: لا مانع من تقديم الاجهزة light Source, Camera Processor, Image Management system بشكل منفصل في عرض السعر ولكن بنفس المواصفات والملحقات المذكورة في مواصفات العطاء.

ويعتبر هذا التنويه جزء من كراسة المناقصة وعلى جميع الشركات ارفاقه مع العرض المقدم كما سيتم اعتماد هذه الملاحظات عند التقييم الفني للمناقصة .



ناصر الخطيب
مكلف بمدير عام اللوزام العامة
رئيس لجنة العطاءات المركزية

31.1.2021