



التاريخ: 2022/12/6

الرقم:

تنويه صادر عن اللوازم العامة بخصوص مناقصة رقم (MOH-GSD/ MOF/2022/240)

شراء وتوريد أجهزة طبية / لصالح وزارة الصحة

إشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وإلى استفسارات الشركات يرجى العلم بما يلي:

- 1- بخصوص X ray C arm system : فإن المطلوب أجهزة عدد 2 و يمكن للشركات عرض الأجهزة كما يلي.
- من 2.2 KW إلى 3 KW لجهاز واحد فقط و ليس للجهازين ، مع ضرورة أن تقوم الشركات بتقديم عرض فني و مالي لجهاز لا يقل عن 7 KW للجهاز الآخر.

وعليه ستم الإحالة للبند على موديلين مختلفين من حيث ال convertor type و ليس شرط أن يتم إحالة الجهازين على مورد واحد.

2-- بخصوص البند رقم 27 : ETO Gaz Sterilizer يجب الإلتزام بالمواصفات و الشروط المطلوبة للبند .

3- بخصوص الطلب ل Blue print لغرف التعقيم ببندي 26 و 59 : ستقوم وزارة الصحة بتجهيز المواقع و الغرف بناء على المتطلبات اللازمة للعروض (الأجهزة) التي سيتم الإحالة عليها.

4- بخصوص البند 79 : Laparoscopic unit فإن عدد ال Fiber-optic المطلوبة للنظام هو 2 كما هو مذكور في مواصفات الجهاز .

مع العلم أن هذا التنويه جزء لا يتجزء من وثائق المناقصة.

ناصر الخطيب

مكلف بمهام مدير عام اللوازم العامة

رئيس لجنة المواصفات المركزية

