



التاريخ: 2020.10.26

الرقم:

الموضوع: تنويه بخصوص مناقصة رقم 2020 /121 شراء وتوريد وتركيب أجهزة طبية لوحدة
انعاش الأطفال في مجمع فلسطين الطبي لصالح وزارة الصحة

إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناءً على الاستفسار الوارد إلينا بخصوص توضيح مواصفة cardiac output من ضمن مواصفات البند الرابع Neonate, Pediatric and Infant Ventilator Machine . يرجى العلم بما يلي :

A1. The ventilator should include Etco2 Option please price separately

Also the ventilator is better to be upgradable to give volumetric capnograph VCO2 , the cardiac output (obtained from VCO2 and oximetry saturation as calculated parameter .

ويعتبر هذا التنويه جزء لا يتجزأ من وثائق المناقصة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ناصر الخطيب
المكلف بمهام مدير عام اللوازم العامة
رئيس لجنة العطاءات المركزية