



تنويه بخصوص مناقصة رقم: MOH-GSD/MOFP/2019/150

إشارة للمناقصة المذكورة اعلاه يرجى اخذ الملاحظات التالية واعتمادها بالتسعير :

1. بالنسبة للبند رقم 4 (Air Tank) فان المطلوب تزويد (Air Tanks) عدد (2) وليس (3) كما ورد بالموصفات الفنية.
2. يرجى اعتماد المواصفات التالية لخزان الهواء :

500 liter galvanized air surge tank
Galvanized surge Air Tank (not less than 1500 liter) with all needed gauges and safety valve.
Equipped with automatic condensate water drain.
The tank is galvanized and for medical uses.
Tank pressure is 11.5 bar

3. بالنسبة للبند رقم 8 Separate Inline Oxygen Analyzer (auxiliary) فإن المطلوب تزويد كل مولد من نظام Oxygen Analyzer Duplex منفصل على ال Hospital Input ، بالإضافة إلى ال Oxygen Analyzer الموجود أساساً في كل مولد والمتصل بشاشة التحكم.
4. بالنسبة للبند الثاني (SCADA System for Controlling and Monitoring The Oxygen Concentrators) فقد كانت من البنود التي طلب تسعيرها بشكل منفصل Items to be Priced Separately ولن تدخل بسعر التقييم الاساسي، وعليه يرجى تسعير هذا البند بشكل منفصل إن أمكن.

يعتبر هذا التنويه جزء لا يتجزأ من وثائق المناقصة وعلى جميع الشركات ختمه ورافقه مع عرضها وسيتم اعتماده عند التقييم.

